

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

2139/17

Validity Start Date

19/10/2017 00:00:00

Validity End Date

19/10/2020 00:00:00

Nomenclature Code

9018906000

Justification

Language

Српски језик

Issuing Place

Beograd

Issuing Date

Goods Description

Armirani endotrahealni tubus je kompozitni proizvod, koji se sastoji od glavnog tubusa (PVC) sa spiralnom žicom (nerdajuci celik) koja obezbeduje neophodan otpor savijanju, Cuff-a (PVC), linije naduvavanja probnog balona (PVC), ventila (PVC, RR, AVS, silikon i nerdajuci celik), konektora (PP). Proizvod je na jednom kraju je isecen pod uglom (atraumatski vrh), ima ovalni otvor (murphy eye) i plasira se u pacijentov dušnik kroz nos ili usta, kako bi se obezbedio prohodnost vazdušnih puteva, dok se na drugom kraju završava komadom krute plastike, tj. konektorom. Proizvod se uglavnom koristi u opštoj anesteziji i namenjen je za neurohirurške operacije, operacije glave i vrata. Može se koristiti u urgentnoj medicini i intenzivnoj nezi. Precnik tubusa se kreće od 6.5 do 9.0 mm. Proces proizvodnje obuhvata ekstrudiranje tubusa, finalno oblikovanje, štampanje skale, bušenje, savijanje, sklapanje i sterilizaciju. Izraden je po standardu ISO 5361 kojim se pružaju bitne performanse i zahtevi za bezbednost opreme za anesteziju i respiratorne opreme (trahealni tubusi i konektori). Pakovanje je pojedinačno, sterilno, za jednokratnu upotrebu.

National Keywords

Endotrahealni tubus