

# BTI Details Report

## Issuing CEFTA Economy

Bosnia and Herzegovina

## BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-88/18

## Validity Start Date

13/02/2019 00:00:00

## Validity End Date

12/02/2025 00:00:00

## Nomenclature Code

9019200000

## Justification

Opšta pravila za tumačenje BiH nomenklature 1. i 6.; Napomena 2. b) uz glavu 90

## Language

Jezici u službenoj upotrebi u BiH

## Issuing Place

Banja Luka

## Issuing Date

## Goods Description

Aeroneb modul-nebulizer modul sa priborom, za respirator Servo-i dio je kompaktne cijeline respirator uređaja Servo-i proizvođača Maquet Švedska i služi za aplikovanje lijekova i suplemenata u vidu aerosola unutar zatvoreno disajnog kruga prilikom respiracije pacijenata koji nisu u mogućnosti da samostalno vrše proces disanja, a potrebna je da se terapija aplikuje. Ovaj aparat nije u mogućnosti da samostalno radi jer se priključuje direktno na zatvoreni pacijent krug. Aparat ne vrši bilo kakva mjerenja i služi isključivo za davanje terapije pacijentu putem aerosola.

## National Keywords