

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

2166/17

Validity Start Date

14/12/2017 00:00:00

Validity End Date

14/12/2020 00:00:00

Nomenclature Code

8423301000

Justification

Language

Српски језик

Issuing Place

Beograd

Issuing Date

Goods Description

Proizvod je elektro-mehanički, prenosivi uređaj (tzv. vaga - mešalica), koji automatski meri masu donirane krvi u gramima/ zapreminu u mililitrima, protok krvi kroz cevčicu do kese koja se nalazi na tačnom uređaju i prekida proces kada se u kesu za krv donira zadata količina krvi. Sastoji se od kucišta i rotirajuće tačne. Komponente kucišta: celija za merenje; elektro motor; PCBA elektronske ploče; stezni zatvarac (clamp); svetleći prsten i zvucnik; OLED ekran, dimenzija 128 x 64 mm dijagonale 2,8" za prikaz podataka. Prekoracenjem zadate mase stezni zatvarac zaustavlja dalji priliv krvi u kesu, a svetlosnim i zvucnim signalom obaveštava operatera o okoncanju procesa donacije. Opseg merenja donirane krvi je od 1 - 999 ml/gr. Trodimenzionalnim rotiranjem tačne na kojoj se nalazi kesa, sprečava se zgrušavanje donirane krvi. Na kucištu uređaja se nalaze: slot za SD memorijsku karticu (2 GB) na kojoj se prikupljaju podaci o donoru, operateru, kolicinama donirane krvi, a putem USB ili RF modula (opciono) podaci se prenose do računara; ulaz za napajanje; ulaz za bateriju i ulaz za bar kod citac (ne isporučuje se sa uređajem). Dimenzije proizvoda su 320 x 240 x 187 mm, a masa bez baterija ~ 3,2 kg. Osetljivost vage kreće se u rasponu 1 – 999 centigrama. Uređaj je registrovan kao medicinsko sredstvo.

National Keywords

Elektro-mehanički uređaj, vaga - mešalica