

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

3930/2021

Validity Start Date

07/10/2021 02:00:00

Validity End Date

07/10/2024 02:00:00

Nomenclature Code

8543709090

Justification

Основна правила за примењивање Царинске тарифе 1. и 6.

Language

Српски језик

Issuing Place

BEOGRAD

Issuing Date

07/10/2021 02:00:00

Goods Description

Производ тзв. „апарат за третмане јонтофорезом” димензија приближно 330 mm x 220 mm x 110 mm, масе 1,3 kg. Састоји се од генератора струјних импулса и електронског склопа у облику штампане плоче са активним и пасивним елементима.

Апарат се користи за спречавање прекомерног знојења дланова, стопала и других делова тела применом јонтофорезе. На циљано место на телу примењује се једносмерна струја ниске волтаже помоћу електрода, која тренутно блокира рад знојних жлезда.

Техничке карактеристике апарата су: улазни напон наизменичне струје 220 V AC - 240 V AC 50/60 Hz, снага 100 W, максимална излазна струја до 10 mA.

Испоручује се са гумено графитним електродама (2 ком.), сунђерастим навлакама за електроде (2 ком.) и каблом за повезивање електрода и апарата.

Конструисан је да се користи у домаћинству, медицинским установама, козметичким салонима.

National Keywords