

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

4115/2021

Validity Start Date

17/12/2021 01:00:00

Validity End Date

17/12/2024 01:00:00

Nomenclature Code

8423301000

Justification

Основна правила за примењивање Царинске тарифе 1. (Напомена 3. уз Одељак XVI) и 6.

Language

Српски језик

Issuing Place

BEOGRAD

Issuing Date

17/12/2021 01:00:00

Goods Description

Производ тзв. „вага мешлица за процес донирања крви” димензија приближно 320 mm x 240 mm x 187 mm, маса без батерија 3,5 kg. Састоји се од следећих компоненти: кућишта израђеног од пластичне масе, LCD екрана осетљивог на додир (дијагонале 2,8 ", резолуције 128 x 64 пиксела), микропроцесора, мерне јединице, електромоторног механизма, електронског склопа у облику штампане плоче са активним и пасивним елементима, стезног затварача (clamp), светлећег прстена, звучне јединице и ротирајуће тацне. Уређај је опремљен следећим прикључцима: слот за СД меморијску картицу (2 GB), улаз за напајање, улаз за батерију, улаз за бар код читач (не испоручује се са уређајем) и улаз за USB. Производ се користи током процеса прикупљања крви од донора, при чему уређај, помоћу електромеханичких нагибних покрета тацне меша крв у кеси, спречава згрушавање дониране крви и аутоматски мери масу дониране крви у грамима/ запремину у милилитрима, време трајања донирања и проток крви кроз цевчицу до кесе која се налази на тацни уређаја. Прекорачењем задате масе стезни затварач зауставља даљи прилив крви у кесу, а светлосним и звучним сигналом обавештава оператера о окончању процеса донације. Са машином за аутоматску обраду података повезује се преко УСБ порта или РФ модула (опционо). Осетљивост ваге је 1 % на обим мерења дониране крви од 1 ml/ gr до 999 ml/ gr.

National Keywords