

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

3890/2021

Validity Start Date

07/10/2021 02:00:00

Validity End Date

07/10/2024 02:00:00

Nomenclature Code

8419899800

Justification

Основна правила за примењивање Царинске тарифе 1. и 6.

Language

Српски језик

Issuing Place

BEOGRAD

Issuing Date

07/10/2021 02:00:00

Goods Description

Производ тзв. „уређај за стерилизацију” димензија приближно 325 mm x 195 mm x 200 mm, масе 4,2 kg. Састоји се од кућишта и касете за прибор, димензија приближно 240 mm x 110 mm x 30 mm, израђених од нерђајућег челика, грејног елемента, термометра, термостата и кабла за напајање. Стерилизација се врши деловањем топлог, сувог ваздуха загрејаног на високој температури, у току одређеног временског периода. У унутрашњости коморе стерилизатора, загревањем се повећава количина топлог ваздуха који испуњава комору потискујући хладан ваздух. Топлота се апсорбује кроз материјал који се стерилише, тј. са површинских слојева се преноси ка дубљим и после одређеног времена уништавају се патогени узрочници.

Овим поступком могу се стерилисати предмети израђени од термостабилног материјала (метала или стакла).

Време стерилизације, од момента достигнуте температуре је 1 сат на температури од 180° C/ 1,5 сати на температури 170° C.

Техничке карактеристике уређаја су: улазни напон наизменичне струје 220 V AC - 240 V AC 50/60 Hz, снага 300 W, температура до 250° C.

Намењен је да се користи се за стерилизацију прибора у салонима лепоте. Испоручује се паром држача за касете и упутством за употребу.

National Keywords