

# BTI Details Report

## Issuing CEFTA Economy

Bosnia and Herzegovina

## BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-91/18

## Validity Start Date

13/02/2019 00:00:00

## Validity End Date

12/02/2025 00:00:00

## Nomenclature Code

9019200000

## Justification

Opšta pravila za tumačenje BiH nomenklature 1. i 6.; Napomena 2. b) uz glavu 90

## Language

Jezici u službenoj upotrebi u BiH

## Issuing Place

Бања Лука

## Issuing Date

## Goods Description

MR850ARU Isparivač sa pripadajućim priborom za respirator Servo-i dio je kompaktne cijeline respirator uređaja Servo-i proizvođača Maquet Švedska i služi za ovlaživanje vazduha unutar zatvorenog disajnog kruga prilikom respiracije pacijenata koji nisu u mogućnosti da samostalno vrše proces disanja. Ovaj aparat nije u mogućnosti da samostalno radi, jedino može biti povezan na respirator uređaja Servo-i. Ovaj aparat ne prati parametre u smislu količine protoka ili drugih vrijednosti vezano za nivo gasova u zatvorenom disajnom pacijent krugu, niti vrši bilo kakva mjerenja.

## National Keywords