

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

2165/17

Validity Start Date

14/12/2017 00:00:00

Validity End Date

14/12/2020 00:00:00

Nomenclature Code

8423301000

Justification

Language

Српски језик

Issuing Place

Beograd

Issuing Date

Goods Description

Proizvod je elektro-mehanicki, prenosivi uredaj (tzv. vaga - mešalica), koji automatski meri masu donirane krvi u gramima/ zapreminu u mililitrima, protok krvi kroz cevcicu do kese koja se nalazi na tacni uredaja i prekida proces kada se u kesu za krv donira zadata kolicina krvi. Sastoje se od kucišta i rotirajuće tacne. Komponente kucišta: celija za merenje; elektro motor; PCBA elektronske ploce; stezni zatvarac (clamp); svetleći prsten i zvucnik; LCD ekran dijagonale 4,3" za prikaz podataka o donoru, operateru, kolicinama donirane krvi.

Prekoracenjem zadate mase stezni zatvarac zaustavlja dalji prliv krvi u kesu, a svetlosnim i zvucnim signalom obaveštava operatera o okoncanju procesa donacije. Opseg merenja donirane krvi je od 1 - 999 ml/gr. Trodimenzionalnim rotiranjem tacne na kojoj se nalazi kesa, sprecava se zgrušavanje donirane krvi. Uredaj je opremljen sledecim prikljuccima: USB; ulaz za napajanje; ulaz za bateriju i ulaz za bar kod citac (ne isporucuje se sa uredajem). Dimenziije proizvoda sa tacnom su 320 x 240 x 215 mm, a masa bez baterija ~ 3,65 kg. Osetljivost vase kreće se u rasponu 1 – 999 centigrama. Uredaj je registrovan kao medicinsko sredstvo.

National Keywords

Elektro-mehanicki uredaj