

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

4768/2023

Validity Start Date

13/07/2023 12:54:35

Validity End Date

13/07/2026 12:54:35

Nomenclature Code

9025190000

Justification

1. и 6.

Language

Српски језик

Issuing Place

Beograd

Issuing Date

13/07/2023 12:30:00

Goods Description

Производ димензија приближно 104 mm x 49 mm x 12 mm, тзв. "температурни мерни уређај", који се користи за мерење и праћење температуре. Мерење температуре се врши помоћу дигиталног температурног сензора који је уграђен у уређај. Очитавање измерене температуре је на сваких 30 секунди, са максималном дужином очитавања 5 дана, 13 часова и 19 минута. Температурни опсег у којем се може вршити мерење је од - 10 °C до + 25 °C, са тачношћу мерења $\pm 0,22$ °C. На дисплеју уређаја се приказује тренутна температура. Температура се приказује у Фаренхајтима, а по потреби се може приказивати и у другим јединицама за температуру. Уређај је опремљен USB прикључком, преко кога може да се повеже са екстерним уређајима. Предефинисање улазних параметара на уређају се врши искључиво у производњи. Вредности очитаних података се приказују на екстерним уређајима у виду дијаграма температура/време, у PDF формату. Уређај поседује меморију од 520 Kb. Користи се у медицини и фармацеутској индустрији за мерење и праћење температуре у расхладним коморама или хладњачама приликом транспорта лекова, вакцина, људских органа. Поставља се лепљењем на зид просторије, коморе или хладњаче.

National Keywords