

BTI Details Report

Issuing CEFTA Economy

Serbia

BTI Reference

4970/2023

Validity Start Date

17/11/2023 11:16:45

Validity End Date

17/11/2026 11:16:45

Nomenclature Code

8515809000

Justification

1. и 6.

Language

Српски језик

Issuing Place

Beograd

Issuing Date

17/11/2023 11:30:00

Goods Description

Производ тзв. „уређај за стерилно спајање медицинских цевчица” димензија приближно 590 mm x 253 mm x 508 mm, масе 10 kg. Састоји се од: кућишта израђеног од пластичне масе, LCD екрана осетљивог на додир дијагонала 7 инча, електромоторног механизма, генератора наизменичне струје високе фреквенције, стезних затварача – клампи, две електроде, механизма за одсецање врхова цевчица, две покретне тацне са држачима, тацне за чишћење, система различитих сензора, „HEPA” филтера и угљеничног филтера. Опремљен је следећим интерфејсима: прикључак за кабл за напајање, прикључак за LAN и два USB конектора. Конструисан је за спајање медицинских цевчица израђених од термопластичне масе (поливинил хлорид) методом диелектричног загревања. Користи се у системима за трансфузију крви за спајање разних компоненти као што су на пример, кесе за сакупљање крви, сет за аферезу, сет игала. Уређај има уграђен апликативни софтвер који управља процесом заваривања и чува податке о претходним операцијама у својој меморији. Техничке карактеристике уређаја су: улазни напон наизменичне струје 100 V AC - 240 V AC/ 50 Hz - 60 Hz, номинална излазна снага 50 W, радна фреквенција 40,68 MHz.

National Keywords